SUJECIONES PARA SILLA DE RUEDAS - MANUAL DE USUARIO

RESTRAINTS FOR WHEELCHAIR - USER MANUAL

SOUTIENT POUR CHAUSSURES DE ROUE - MANUEL UTILISATEUR

FIXAÇÕES PARA CADEIRA DE RODAS - MANUAL DE USUÁRIO

FISSAGGI PER SEDIA DI RUOTE - MANUALE UTENTE

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОЛЕСА - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SICHERHEITSYSTEM FÜR ROLLSTUHL - BENUTZERHANDBUCH

ريسترااينتس ل ويلشير - دليل المستخدم

www.ubiotex.com

PRODUCTOS DESTACADOS
FEATURED PRODUCTS
PRODUITS PRÉSENTÉS
PRODUTOS EM DESTAQUE
PRODOTTI SPONSORIZZATI
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ
AUSGEZEICHNETE PRODUKTE
منتجات مميزة

CINTURÓN ABDOMINAL ACOLCHADO

REFERENCIAS
305502-HEBILLAS • 304300-IMÁN • 304310-IRONCLIP

CE

www.ubiotex.com

PRODUCTOS DESTACADOS
FEATURED PRODUCTS
PRODUITS PRÉSENTÉS
PRODUTOS EM DESTAQUE
PRODOTTI SPONSORIZZATI
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ
AUSGEZEICHNETE PRODUKTE
منتجات مميزة

CASULLA PERINEAL SANILUXE

REFERENCIAS
305902-TALLA S • 305901-TALLA M • 305900-TALLA L

CE

PRODUCTOS DESTACADOS
FEATURED PRODUCTS
PRODUITS PRÉSENTÉS
PRODUTOS EM DESTAQUE
PRODOTTI SPONSORIZZATI
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ
AUSGEZEICHNETE PRODUKTE
منتجات مميزة

CHALECO ABDOMINAL ACOLCHADO

REFERENCIAS
305050-TALLA S • 305052-TALLA M • 305054-TALLA L

CE

www.ubiotex.com

PRODUCTOS DESTACADOS
FEATURED PRODUCTS
PRODUITS PRÉSENTÉS
PRODUTOS EM DESTAQUE
PRODOTTI SPONSORIZZATI
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ
AUSGEZEICHNETE PRODUKTE
منتجات مميزة

MUÑEQUERAS LONETA

REFERENCIAS
303110-IMÁN • 303108-IRONCLIP

CE

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA
PARA O USO DE UBIOTEX®
PRODUTOS DE CONTENÇÃO DE CAMA E CADEIRA DE RODAS

ATENÇÃO: O PESSOAL QUALIFICADO DEVE SEMPRE SUPERVISAR A INSTALAÇÃO.
O uso incorreto de qualquer produto pode causar lesões graves ou a morte.

SELEÇÃO DE PRODUTO:
Dê uma olhada no nosso catálogo Ubiotex para ajudá-lo a escolher o produto correto que corresponda às necessidades individuais dos pacientes.

RECOMENDAÇÕES ANTERIORES PARA USO:
• Um exame clínico completo do paciente (sintomas e necessidades) deve ser realizado.
• O consentimento do paciente ou do tutor legal é necessário antes de usar o produto. O uso de produtos de funda deve ser explicado ao paciente ou ao tutor em questão para garantir sua cooperação.
• Os produtos de estilingue devem ser utilizados de acordo com o Plano de Cuidados Individualizados (ICP) do paciente em questão. ICP constitui uma avaliação realizada por uma equipe interdisciplinar que pode incluir (sem qualquer restrição): Terapia Física ou Profissional, Medicina e Serviços Sociais. O Plano ICP deve incluir recomendações sobre enfermagem restauradora, liberação do paciente e prevenção da dor.

NOTA: Considerando que o comportamento do paciente não é 100% previsível, nenhum produto é 100% infalível. A segurança do paciente exige uma reavaliação e supervisão regulares. Um produto que trabalhou no passado pode ser inadequado se as condições físicas e mentais do paciente tiverem sido modificadas. NUNCA use um produto inseguro. Entre em contato com a autoridade médica responsável se tiver dúvidas sobre a segurança do paciente.

AVISOS ADICIONAIS:
1. Uma supervisão regular do processo de imobilização do paciente deve **SEMPRE** ser realizada por pessoal qualificado.
Deve ser necessária uma supervisão constante para:
- Pacientes com comportamento agressivo e agitado.
- Pacientes que correm o risco de engolir seu próprio vômito. Este fato inclui pacientes em posição supina ou incapaz de assentar sozinho.
- Esteja pronto para reagir quando ocorre um sinal de perigo. Esses pacientes exigem um exame regular e uma avaliação do seu estado físico e psicológico.

2. Este produto **NUNCA** deve ser modificado nem reparado. A condição do produto deve **SEMPRE** ser verificada antes de usá-lo (emergência de falhas ou peças quebradas, orifícios, cortes, deteriorações, disfunções com o imã ou fechos de clip de ferro, etc.). **NÃO** use produtos sujos ou danificados. Portanto, esse fato pode causar lesões graves ou mesmo a morte pode ocorrer. Os produtos danificados devem ser descartados.
3. As correias devem **SEMPRE** ser fixadas em uma parte imóvel da cama ou na borda da cadeira fora do alcance dos pacientes (fazendo curvas rápidas ou usando fivelas). Esses tipos de eslingas fornecem um melhor processo de liberação em caso de acidente ou risco de incêndio. As correias não devem pressionar ou escorregar. Se isso ocorrer, o paciente pode escorregar da cadeira ou cama (emergência de lesões graves ou sufocação). A remoção de juncos de pacientes constitui uma atividade importante em caso de risco de incêndio ou catástrofes nas instalações. As correias podem ser cortadas com tesoura em caso de emergência.
4. Os produtos Ubiotex **NUNCA** devem ser usados em sanitários, cadeiras ou móveis que não permitam o uso correto conforme indicado nas Instruções de uso.
5. Os produtos Ubiotex **NUNCA** devem ser expostos a chamas, fogo, materiais para fumar ou fontes de calor elevadas. Alguns produtos podem derreter ou queimar. A política de fumar / não fumar deve ser rigorosamente implementada.
6. NENHUM produto Ubiotex pode ser usado como um cinto de segurança em um veículo em movimento. O design dos produtos Ubiotex não suporta colisões ou paradas súbitas.

ATENÇÃO!! Experimente zíperes ou fechos (fivelas, ímã ou grampo de ferro) antes de cada uso. Descarte o produto se ele não funcionar corretamente.

ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO:
• Este produto foi projetado para ser usado em áreas interiores regulares, hospitais, etc.
• Este dispositivo pode ser armazenado à temperatura ambiente com níveis de umidade normais.
• Evite condições de excesso de umidade ou umidade que possam danificar os materiais do produto.

FIXAÇÕES PARA CADEIRA DE RODAS *PT*

CONSELHOS

O número de utilizadores deste tipo de cintos é cada vez maior, tanto por pessoas de idade avançada, como por lesões medulares causadas por acidentes, ou por pesoas com problemas de mobilidade.
Neste sentido, o uso de cadeiras de rodas está cada vez mais generalizado para poder dar a todos os pacientes uma vida mais autónoma.
As cadeiras de rodas movimentam-se e libertam as pessoas que delas necessitam.
As patologias que apresentam este tipo de pacientes, fazem com que estes não posam conservar uma posição ortostática na cadeira de rodas, por movimentos involuntários e por não recusa em permanecer na cadeira de rodas.
A Ubiotex criou uma ampla gama de produtos destinados a ajudar os pacientes a permanecerem na posição sentada e assim ajudar a prevenir escarras ou quedas acidentais e facilitar o trabalho dos cuidadores.
Existem também, outro tipo de patologias em que se aconselha a utilização de contenções mecânicas que imobilizem certas partes do corpo do utilizador.
Este tipo de recurso utiliza-se em situações extremas para controlar condutas que supõe um alto risco para o paciente, como para outros pacientes e profissionais.
Neste sentido, a Ubiotex desenvolveu uma ampla gama de contenções mecânicas para imobilizar o paciente em caso de necessidade.

INDICAÇÕES

Como referido anteriormente, o uso deste tipo de contenções utiliza-se para proporcionar ao utilizador uma forma correcta de imobilização em caso de necessidade.
Indicado para paciente geriátricos, com dificuldade motora, demência senil, alzheimer, paralisias cerebrais, lesões medulares e qualquer outro tipo de pacientes que tenham que permanecer na posição sentado correctamente, assim como para ajudar a prevenir escarras ou quedas acidentais e facilitar o trabalho dos profissionais.

CLASSIFICAÇÃO

Os Cintos de *FIXAÇÕES PARA CADEIRA DE RODAS / CADEIRÃO* UBIOTEX são consideradas dispositivos médicos da classe I (artigo 1).
A avaliação da conformidade foi realizado de acordo com o anexo VII (Declaração de Conformidade CE), da Directiva 93/42 / CEE e da Directiva 2007/47.
Como indicado no anexo IX da Directiva 93/42 / CEE, e posteriores alterações, o dispositivo médico é definido como:

-Produto Sanitário Não Invasivo

Regra 1: Todos os dispositivos não invasivos pertencem à classe I, exceptuado algumas normas.

1.- CINTO ABDOMINAL PARA CADEIRA DE RODAS/CADEIRÃO

Evita que o paciente caía, deslise ou fique com lesões por uma postura incorrecta. O objectivo de utilização é que o paciente permaneça correctamente sentado.
Disponível em tecido acolchoado ou transpirável.

A.- ABDOMINAL

B.- ABDOMINAL COM TIRANTES:

Proporciona suporte adicional, impedindo o utilizador de inclinar-se para a frente e permanecer na posição vertical.

FIXAÇÕES PARA CADEIRA DE RODAS

PT

2.- CINTOS DE SUJEIÇÃO PÉLVICO PARA CADEIRA DE RODAS/CADEIRÃO

Evita que o paciente caia, deslise ou se lesione por uma postura incorreta. Ajuda a que permaneça correctamente sentado, tendo um pouco mais de contenção ao passar uma faixa pela zona pélvica e abdominal e assim evitar que o paciente deslise.
Disponível em tecido acolchoado ou transpirável.

A.- PÉLVICO

B.- PÉLVICO COM TIRANTES:

Este tipo de cinto pélvico, tem uma maior sujeição evitando que o utilizador se incline, deslize ou este se erga.

3.- COLETES PARA CADEIRAS DE RODAS/ CADEIRÃO

Evita que o paciente caía, deslise ou sofra lesões por uma postura incorrecta. Ajuda a permanecer correctamente sentado. Recomendado para pacientes, que precisem de um apoio reforçado na zona do tórax, bem como por lesões nas extremidades superiores ou na Caixa torácica, assim como, excesso de mobilidade e capacidade de se libertar com outros modelos.
Disponível em tecido acolchoado ou transpirável.

A.- COLETE ABDOMINAL

B.- COLETE PÉLVICO:

Ao contrário do colete abdominal, o colete perineal não permite que o utilizador escorregue para a frente.

4.- COLETE PARA CADEIRA DE RODAS/ CADEIRÃO

A diferença do colete, é uma maior abertura, maior sensação de liberdade adaptando-se melhor à anatomia do paciente.
Disponível em tecido de poliuretano na cor azul celeste ou negro.

A.- COLETE ABDOMINAL

B.- COLETE PÉLVICO:

Ao contrário do colete abdominal, o colete pélvico não permite que o utilizador se incline ou escorregue para a frente.

5.- CINTO ABDUTOR ACOLCHOADO PARA CADEIRA DE RODAS

Especialmente desenhado para evitar que o paciente deslise da cadeira de rodas ou cadeirão.
Oferece soluções a problemas de instabilidade derivados de disfunções físicas ou psíquicas. Assim, também fornece uma abertura em abdução dos membros inferiores, bem como, prevenir a fricção e maceração.
Recomenda-se o uso deste artigo nos casos em que a articulação do quadril deve permanecer em abdução permanente.

6.- ALMOFADA ABDUTORA CADEIRA DE RODAS

Favorece a postura. Ajuda a manter as pernas e joelhos separados.
Recomendado para utilizadores que precisem manter ambas as pernas em abdução permanente.
(MEDIDAS: 20Cm Larg. max; 10Cm Larg Min; 24Cm Comprimento e 15Cm Altura)

FIXAÇÕES PARA CADEIRA DE RODAS *PT*

7.- CINTO UNIVERSAL PARRA CADEIRA DE BANHO
Evita quedas durante o processo de higiene, assegurando o posicionamento do paciente.
Compatível com todos os modelos de cadeiras.

8.- BANDA COM CINTO DE TORNOZELOS
Recomenda-se o uso desta sujeição para aqueles casos em que é necessário fixar os tornozelos à cadeira de rodas.
Recomenda-se também, o uso destes cintos para aqueles casos em que se pretende posicionar os tornozelos à altura das cadeiras devido a uma má postura.

9.- BANDA REPOUSA PERNAS ACOLCHOADA PARA CADEIRA DE RODAS
Trata-se de um cómodo acessório para melhorar a qualidade de uso da cadeira de rodas. Graças ao repousa pés, o utilizador encontrará uma posição mais cómoda para os seus pés durante a utilização da mesma.

10.- CINTOS DE PULSO
A.- CINTO DE PULSO SUAPEL
B.- CINTO ACOLCHOADO, POLIPROPILENO E LONA
C.- CINTO DE PULSO SUJETAX

LIMPEZA/DESINFECÇÃO

TECIDO ACOLCHOADO E TRANSPIRÁVEL: Lavar à mão ou à máquina, a uma temperatura máxima de 40ºC. Não utilizar produtos abrasivos. Secar na posição horizontal sem expor a fontes de calor directas (estufas, aquecedores, etc).

TECIDO LONA: Lavar à mão ou à máquina, a uma temperatura máxima de 95ºC. Não utilizar produtos abrasivos. Não passar a ferro.

TECIDO POLIPROPILENO: Lavar à mão ou à máquina, a uma temperatura máxima de 95ºC. Não utilizar produtos abrasivos. Não passar a ferro

TECIDO POLIURETANO: Lavar à mão ou à máquina, a uma temperatura máxima de 110ºC. Não utilizar produtos abrasivos. Secar na posição horizontal sem expor a fontes de calor directa (estufas, aquecedores, etc).

TECIDO SANITIZED: Lavar à mão com água fria e produtos não abrasivos. Se lavar na máquina, utilizar um programa delicado. Secar na posição horizontal. Não passar a ferro. Não usar lixívia. Não limpar a seco.

FIXAÇÕES PARA CADEIRA DE RODAS

PT

SEGURANÇA
Verificar que os produtos anteriormente citados se adaptam às necessidades do utilizador e às dimensões da cadeira/cadeirão em que vão ser utilizados.

IMPORTANTE: Recomenda-se supervisão, na utilização do produto, por um profissional habilitado.

PRECAUÇÕES
Estão proibidos produtos cáusticos, decapantes, dissolventes e objectos cortantes em contactos directos com os artigos.
Examinar regularmente o desgaste normal do produto para comprovar que segue as características técnicas desejadas.
Impedir o contacto ou aproximação a fontes de calor intensas.

PRECAUÇÕES RELATIVAS AOS MATERIAIS
Evitar O contacto directo prolongado do produto com líquidos ou humidades.

CONSERVAÇÃO
Armazenar os produtos em posição plana. Proteger da luz natural e da humidade. Conservar dentro da sua embalagem original até ao momento da sua utilização.

ELIMINAÇÃO
Não queimar nem deixar na natureza, fora dos lugares destinados à reciclagem.

GARANTIA
O período de garantia é de 2 anos a contar desde a data de compra do produto.
A garantia não cobre o desgaste normal do produto e não substitui a as garantias legais.

DURAÇÃO DE VIDA DO PRODUTO
A vida útil estimada é de um ano.

LEGENDA E SÍMBOLOS DAS ETIQUETAS

	Fabricante.
LOT	Número de serie.
REF	Número de Catalogo.
	Ler primeiro as instruções de uso.
CE	Certificado de conformidade com a Directiva 93/42/EEC.
	Precauções. Ler primeiro as instruções de uso.

MODELO			TECIDO	ENCERRAMENTO	REF.	LARGURA	INSTRUÇÕES
CINTO	ABDOMINAL	CADEIRA	ACOLCHOADO	FECHO PLASTICO	305502	15 cm	Ⓐ 1. Colocar a “banda abdominal” sobre o abdómen do utilizador passando as faixas por trás da cadeira ou cadeirão (ver imagem 1). Unir as faixas graças ao sistema de fecho. 2. Se o cinto dispor do sistema de fecho plástico (imagem 2) ajustamos à cintura do paciente sem apertar ou estrangular. Se o cinto dispor de fecho íman ou Ironclip, unir as tiras e alinhar os ilhós de forma a colocar o pino e o botão.
				IMÃ	304300		
				IRONCLIP	304310		
			TRANSPIRÁVEL	FECHO PLASTICO	305550	12 cm	
					305551	15 cm	
		CADEIRÃO	ACOLCHOADO	FECHO PLASTICO	305600	12 cm	
				FECHO PLASTICO	305601	15 cm	
				IMÃ	304350		
				IRONCLIP	304360		
			TRANSPIRÁVEL	FECHO PLASTICO	305651		
	PÉLVICO	CADEIRA	ACOLCHOADO	FECHO PLASTICO	305501		Ⓑ 1. Seguimos os passos anteriores referidos em A. 2. Colocar a faixa pélvica entre as pernas. Passar a faixa abdominal por detrás da cadeira de rodas ou sofá, passando a faixa pélvica por debaixo do utilizador. Unir a faixa pélvica com o encaixe da faixa abdominal.
				IMÃ	304302		
				IRONCLIP	304312		
			TRANSPIRÁVEL	FECHO PLASTICO	305553		
		CADEIRÃO	ACOLCHOADO	FECHO PLASTICO	305603		
				IMÃ	304352		
				IRONCLIP	304362		
			TRANSPIRÁVEL	FECHO PLASTICO	305653		
			Infantil	FECHO PLASTICO	305520		

MODELO			TECIDO	ENCERRAMENTO	REF.	INSTRUÇÕES
CINTO COM TIRANTES	ABDOMINAL	CADEIRA	ACOLCHOADO	FECHO PLASTICO	305020	Ⓒ 1. Seguimos os passos anteriores citados em A. 2. Colocar os tirantes sobre os ombros do utilizador passando por detrás da cadeira de rodas ou sofá as faixas. 3. Unir as faixas dos tirantes junto aos encaixes do cinto abdominal, no caso de se tratar do sistema de fecho plástico. Unir as faixas dos tirantes aos ilhós do cinto abdominal, para sistema de fecho imã ou Ironclip.
				IMÃ	304301	
				IRONCLIP	304311	
			TRANSPIRÁVEL	FECHO PLASTICO	305552	
		CADEIRÃO	ACOLCHOADO	FECHO PLASTICO	305602	
				IMÃ	304351	
				IRONCLIP	304361	
			TRANSPIRÁVEL	FECHO PLASTICO	305652	
	PÉLVICO	CADEIRA	ACOLCHOADO	FECHO PLASTICO	305010	Ⓓ 1. Seguimos os passos anteriormente citados em B. 2. Colocar os tirantes sobre os ombros do utilizador passando as faixas por detrás da cadeira de rodas ou sofá. 3. Unir as faixas dos tirantes junto aos encaixes do cinto abdominal, no caso de se tratar do sistema de fecho plástico (ver imagem 8). Unir as faixas dos tirantes aos ilhós do cinto abdominal, para sistema de fecho imã ou Ironclip.
				IMÃ	304303	
				IRONCLIP	304313	
			TRANSPIRÁVEL	FECHO PLASTICO	305554	
		CADEIRÃO	ACOLCHOADO	FECHO PLASTICO	305604	
				IMÃ	304353	
				IRONCLIP	304355	
			TRANSPIRÁVEL	FECHO PLASTICO	305654	

MODELO			TECIDO	ENCERRAMENTO	TAMANHO	REF.	INSTRUÇÕES
COLETES	ABDOMINAL	CADEIRA	ACOLCHOADO	FECHO PLASTICO	S	305021	Ⓔ 1. Colocar a parte do colete sobre o torso do utilizador passando por detrás da cadeira de rodas ou sofá as faixas da zona abdominal e as faixas da zona dos ombros. Unir as faixas dependendo do tipo de fecho. O mais comum é o fecho de plástico. 2. Se o cinto for de sistemas de fecho de plástico unem-se as faixas através do fecho e ajustamos à cintura do utilizador de modo a não apertar ou estrangular. Unir as faixas dos tirantes aos ilhós do cinto abdominal, para sistema de fecho imã ou Ironclip IMPORTANTE: Há um modelo de colete abdominal com fecho de correr. Neste caso, será mais fácil a utilização do produto, podendo manipular o colete na zona dianteira devido ao fecho de correr.
					M	305022	
					L	305023	
				IMÃ	S	305050	
					M	305052	
					L	305054	
			TRANSPIRÁVEL	FECHO PLASTICO	S	305560	
					M	305561	
					L	305562	
		CADEIRÃO	ACOLCHOADO	FECHO PLASTICO	S	305612	
					M	305611	
			TRANSPIRÁVEL		L	305610	
					S	305662	
					M	305661	
					L	305660	
	PÉLVICO	CADEIRA	ACOLCHOADO	FECHO PLASTICO	S	305011	Ⓕ 1. Nós seguimos o acima nos passos E. 2. Coloque a fita perineal entre as pernas. Passagem fita perineal atrás da cadeira ou sofá passando sob o usuário. Unindo o engate fita perineal
					M	305013	
					L	305015	
				IRONCLIP	S	305017	
					M	305018	
					L	305019	
			TRANSPIRÁVEL	FIVELAS	S	305565	
					M	305564	
					L	305563	
				IMÃ	S	305640	
					M	305641	
					L	305642	
		CADEIRÃO	ACOLCHOADO	FECHO PLASTICO	S	305615	
					M	305614	
					L	305613	
			TRANSPIRÁVEL		S	305672	
					M	305671	
					L	305670	
				IMÃ	S	305644	
					M	305645	
					L	305646	

MODELO		TECIDO	ENCERRAMENTO	TAMANHO	REF.	INSTRUÇÕES
COLETES COM FECHO	CADEIRA	ACOLCHOADO	FECHO PLASTICO	S	305702	1. Posição do colete no torso do utente fechando e passando para trás Cadeira ou sofá fitas e fitas área abdominal da área do ombro. Juntando fitas Dependendo do sistema de fecho em questão. O mais comum é a fivela. 2. Se o sistema de cinto de fivela carrega as fitas são unidos por anexar a fivela e ajuste o cintura ou estrangulamento do paciente vagamente. Se o cinto leva o sistema magnético ou juntar-se as fitas de longarina juntando Ironclip Ⓖ
				M	305701	
				L	305700	
	CADEIRÃO			S	305712	
				M	305711	
				L	305710	

MODELO		TECIDO	ENCERRAMENTO	TAMANHO	REF.	INSTRUÇÕES
CASULA	ABDOMINAL	SANILUXE	FECHO PLASTICO	S	305802	1. Colocar o colete pela zona da cabeça e ombros. 2. Unir a faixa abdominal (a que é mais curta) atrás para sujeitar o utilizador. 3. Unir as faixas abdominais (as que são mais largas) na parte superior da cadeira, para sujeitar o utilizador em cadeira de rodas ou cadeirão. Ⓗ
				M	305801	
				L	305800	
	PÉLVICO			S	305902	1. Seguimos os passos citados em H. 2. Colocar a faixa pélvica entre as pernas. Passar a faixa pélvica por detrás da cadeira de rodas ou cadeirão passando por debaixo do utilizador. Unir a faixa pélvica com o encaixe da faixa abdominal. Ⓘ
				M	305901	
				L	305900	

MODELO		ENCERRAMENTO	COR	REF.	INSTRUÇÕES
CINTOS DE PULSO	SUAPEL	CINTAS	BRANCO	111100	1. Colocar a banda de suapel em redor do pulso e ajustar o felcro com a firmeza desejada. 2. Passar a fita à volta do pulso e por dentro do laço para fixar. 3. Fixar a fita à cadeira de rodas. Ⓙ
			MARINHO	111200	
			CINZENTO	111202	
	POLYPROPYLÈNE	IMÃ	PRETO	303100	1. Colocar a banda em redor do pulso e ajustar os ilhós colocando o fecho Imã ou Ironclip. Ⓚ
		IRONCLIP		303104	
	ACOLCHOADO	IMÃ	AZUL	303114	
		IRONCLIP		303305	
	BÂCHE	IMÃ	BEIGE	303110	
		IRONCLIP		303108	
	SUJETAX	FECHO PLASTICO	AZUL	111210	1 Colocar a banda em redor do pulso e ajustar com a firmeza desejada. Passar a fita à volta do pulso e por dentro encaixe metálico para fixar. 2. Fixar a fita à cadeira de rodas. Ⓛ

	MODELO	TECIDO	ENCERRAMENTO	REF.	INSTRUÇÕES
FIXAÇÕES	CINTO ABDUTOR	ACOLCHOADO	FECHO PLASTICO	307100	1. Coloque o paciente confortavelmente na cadeira / poltrona 2. Passar a correia através da área de abdutor apertando as correias para se ajustar ao contorno cintura do paciente, certificando-se de que não há folga e com firmeza.
	ALMOFADA ABDUTORA	SANILUXE		705155	1. Colocar o abdutor posicionando a parte mais pequena na zona inguinal e a parte maior para a zona dos joelhos. Ajustar com os felcro
	CINTO UNIVERSAL PARRA CADEIRA DE BANHO	POLIPROPILENO		308800	1. Colocar a banda sobre o abdómen do utilizador passando as faixas por detrás da cadeira ou cadeirão. 2. Dispõe de fechos de plásticos para facilitar a manipulação do cinto
	BANDA COM CINTO DE TORNOZELOS	ACOLCHOADO		307200	1. Para colocar o artigo corretamente, o paciente deve ser colocado confortavelmente na cadeira / poltrona 2. A cabeça deve passar por trás dos gêmeos e apertando as correias para se adaptar aos contornos de tornozelos do paciente, garantindo que nenhuma folga e com firmeza.
	BANDA REPOUSA PERNAS ACOLCHOADA			307201	1.Colocar a banda na zona superior do repousa pés da cadeira de rodas, à altura dos gémeos. 2. Unir as faixas por detrás para regular a banda e fixá-la firmemente.

EUROPEAN MANUFACTURER

FIXAÇÕES PARA CADEIRA DE RODAS

PT

CINTOS

COLETES

CINTOS DE PULSO

FIXAÇÕES



CE

EUROPEAN MANUFACTURER

AR

ريستراينت لرئاسة العجلات

يد عم





المعصمين

فيستس و تشاسوبلز

أحزمة

EUROPEAN MANUFACTURER

www.ubiotex.com

UBIOTEX ESPAÑA S.L. B54194360

Polígono Canastell – C/ Fragua 21, San Vicente del Raspeig CP: 03690 (Alicante) SPAIN

CE