# TENSIÓMETRO PULSO LOGIKO DIGIT DM595

GeriMais

**Finalidade:** Esfigmomanómetro digital de pulso para medir a pressão arterial sistólica e diastólica, para uma utilização prática, correta e segura.

**Características:**
Método de medição Oscilimétrica .
Display LCD 32mm x 40,5mm (1.26” x 1.59”).
Pressurização: Automática;
Medição: Sistólica: 60mmHg~260 mmHg; Diastólica: 30mmHg~200 mmHg; Pressão: 0mmHg~299mmHg; Precisão: ± 3mmHg; Batidas: 30 ~ 180 latidos/minuto; Precisão: ± 5%.
Memória: 300 memória. Funções: Identificação de impulso cardíaco irregular. Indicador de classificação WHO/OMS. Média das últimas 3 medições. Detecção de bateria fraca.
Alimentação: 2 pilhas alcalinas AAA. Duração da bateria: Aprox. 2 meses com 3 medições por dia.
**Peso:** 67g (sem pilhas);
Circunferência da braçadeira: Aprox.:13,5cm – 21,5cm (5,3’’ – 8,5”)

**Cor:** Azul e branco

**Caixa:** Sim

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe IIa

**Modelo**: DM595

**Marca:** Logiko Digit

**Certificado:** DD 60147728 0001

**Fabricante:** JOYTECH Healthcare,Co. Nº 365, Wuzhou Road, Hangzhou City, China

**Importador:** Moretti S.p.A.

**Morada do importador:** Via Bruxelles 3 - Meleto

52022 Cavriglia (Arezzo)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:**

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:** LIMPEZA E DESINFEÇÃO: NÃO mergulhe o aparelho em água. Para limpar o seu aparelho, utilize apenas um pano macio e passe suavemente o pano para não danificar o visor.

**Instruções de Utilização:** Para uma utilização correta do aparelho, consulte cuidadosamente o manual. Recomenda-se que escreva medições diárias de modo a consultar um médico para definir adequadamente um valor normal de pressão para o seu corpo.

Insira as pilhas, libertar a roupa do braço, descanse alguns minutos antes de testar usando a braçadeira.

**Imagens do Artigo:**