

Fabricant - *Manufacturer* : **IDENTITÉS**



Siège social – *Registered office* : ZA Pôle 49 – Boulevard de la Chanterie
49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU

SRN : **FR-MF-000033281**

Certifie, sous sa seule responsabilité, que les dispositifs médicaux de classe I listés ci-dessous sont des « aides techniques au déplacement pour personnes handicapées » et répondent aux exigences essentielles de l'annexe I du Règlement sur les Dispositif Médicaux (UE) 2017/745. La classification est basée sur les exigences de l'annexe VIII du MDR.

L'évaluation de la conformité a été effectuée conformément à l'article 52 et l'annexe II du MDR.

Le marquage CE a été apposé sur le produit conformément à l'annexe V du MDR.

Certifies, under its sole responsibility, that the Class I medical devices listed below are "technical mobility aids for people with disabilities" and meet the essential requirements of Annex I of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745. The classification is based on the requirements of Annex VIII of the MDR. Conformity assessment has been carried out in accordance with Article 52 and Annex II of the MDR. The CE mark has been affixed to the product in accordance with Annex V of the MDR.

Code du produit/Référence catalogue – <i>Product Code/Catalogue Reference</i>	IUD-ID de base - Basic IUD-DI	Désignation - <i>Designation</i>	IUD ID
874005	37602238874005QM	Fauteuil de transfert Air	3760223832594
874001.G	37602238874005QM	Fauteuil de transfert ModuloLight 47,5 cm gris	3760223831641
874001.R	37602238874005QM	Fauteuil de transfert ModuloLight 47,5 cm rouge	3760223837605
874006.G	37602238874005QM	Fauteuil de transfert ModuloLight 42,5 cm gris	3760223832792
874006.R	37602238874005QM	Fauteuil de transfert ModuloLight 42,5 cm rouge	3760223837582
874007.G	37602238874005QM	Fauteuil de transfert ModuloLight 45 cm gris	3760223833522
874007.R	37602238874005QM	Fauteuil de transfert ModuloLight 45 cm rouge	3760223837599
874009.G	37602238874005QM	Fauteuil ModuloLight 50 cm gris	3760223837919
874009.R	37602238874005QM	Fauteuil ModuloLight 50 cm rouge	3760223837926

876001.40	37602238874005QM	Fauteuil roulant Mouvligh 40 cm	3760223834475
876001.42	37602238874005QM	Fauteuil roulant Mouvligh 42,5 cm	3760223834437
876001.45	37602238874005QM	Fauteuil roulant Mouvligh 45 cm	3760223834444
876001.48	37602238874005QM	Fauteuil roulant Mouvligh 47,5 cm	3760223834451
876001.50	37602238874005QM	Fauteuil roulant Mouvligh 50 cm	3760223834468
825034	37602238874005QM	Fauteuil roulant Zéro Métal	3760223832211
87601040	37602238874005QM	Fauteuil roulant Mouvligh Basic 40 cm	3760223839111
876010.42	37602238874005QM	Fauteuil roulant Mouvligh Basic 42,5 cm	3760223837551
876010.45	37602238874005QM	Fauteuil roulant Mouvligh Basic 45 cm	3760223837568
876010.47	37602238874005QM	Fauteuil roulant Mouvligh Basic 47,5 cm	3760223837575
874002	37602238874005QM	Fauteuil roulant Robust	3760223831818
874012G	37602238874005QM	Fauteuil Modulolight 40 cm gris	3760223839128
87005040	37602238874005QM	Fauteuil roulant acier 40 cm	3760414680768
87005042	37602238874005QM	Fauteuil roulant acier 42,5 cm	3760414680805
87005045	37602238874005QM	Fauteuil roulant acier 45 cm	3760414680812
870060T40	37602238874005QM	Fauteuil roulant transit aluminium 40 cm	3760414680867
870060T42	37602238874005QM	Fauteuil roulant transit aluminium 42,5 cm	3760414680874
870060T45	37602238874005QM	Fauteuil roulant transit aluminium 45 cm	3760414680799
87006040	37602238874005QM	Fauteuil roulant aluminium 40 cm	3760414680843
87006042	37602238874005QM	Fauteuil roulant aluminium 42,5 cm	3760414680850
87006045	37602238874005QM	Fauteuil roulant aluminium 45 cm	3760414680782

Dispositif médical de Classe I - *Class I medical device*

Les normes harmonisées et/ou les spécifications communes suivantes ont été utilisées pour l'évaluation de la conformité. *The following harmonized standards and/or common specifications were used for the conformity assessment:*

ISO 13485: 2016, ISO 15223-1:2021/Amd 1:2025, ISO 14971:2019/A11:2021, ISO 20417:2026

Fait à Saint Barthélémy d'Anjou, le 11/06/2026

Done at Saint Barthélémy d'Anjou, 11/06/2026

François RENIER, Président (*General Manager*)

IDENTITES 49
Bd de la Chanterie
49124 BARTHELEMY D'ANJOU
TEL : 02.41.96.18.48
02 41 96 18 48 743 642 00032

DMI-F-20_Annexe 8_Déclaration CE Version 8.1.docx

Identités | ZA Pôle 49 | Boulevard de la Chanterie | 49124 Saint Barthélémy d'Anjou | France

[Tel] 02 41 96 18 48 | serviceclients@identites.tm.fr | www.identites.eu